

Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 „Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalaad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded“ muutmise määruse eelnõu seletuskiri

1. Sissejuhatus

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 6 lõike 4 alusel.

Eelnõu väljatöötamine on tingitud metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslike kasutusalaade ümbersõnastamise vajadusest, kuna alates 1. maist 2021. a tunnistati kehtetuks kaubandustegevuse seadus, mis võimaldas kasutada mainitud seaduse mõisteid viitavalt. Lisaks leevendatakse eelnõuga tolli- ja aktsiisimõõtmiseks kasutatavate mõõtemahutite metroloogilisi kontrollinõudeid.

Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 „Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalaad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded“ (edaspidi *määrus nr 65*) sätestab muuhulgas tolli- ja aktsiisimõõtmiseks kasutatavate taatluskohustuslike mõõtevahendite loetelu koos taatluskehtivusaegadega. Metroloogia valdkond viidi peaministri 27. jaanuari 2021. a korraldusega nr 8 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri vastutusvaldkonnaks, mistõttu majandus- ja taristuministri määruse nr 65 muutmise määrus on ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri määrus.

Määruse koostas ja keeleteoimetuse tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskonna osakonna toote ohutuse ja tarbijakaitse talituse nõunik Triinu Sillamaa (e-post: triinu.sillamaa@mkm.ee, tel: 625 6391). Eelnõu ja seletuskirja juriidilise analüüsi tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik (e-post: hendrick.rang@mkm.ee, tel: 625 6351).

Eelnõu eesmärk on ajakohastada kehtetuks tunnistatud kaubandustegevuse seadusega seotud terminid ja vähendada ettevõtjate halduskoormust, leevendades mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike metroloogilise kontrolli nõudeid. Mõõtemahutite, mida peamiselt kasutatakse tolli- ja aktsiisimõõtmiseks, taatluskohustuse eemaldamisega suurendatakse ettevõtjate valikuvõimalusi kasutada metroloogilise kontrolli teenust ka väljastpoolt Eestit ja sellega tagatakse kalibreerimisteenuse vaba liikumine Euroopa Liidu turul. Tolli- ja aktsiisimõõtmiste usaldusväärsus tagatakse jätkuvalt läbi mõõtetulemuste jälgitavuse ehk kasutades mõõtmisteks jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendeid.

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Määrusega nr 65 on kehtestatud mõõtevahenditele metroloogilise kontrolli kohustus ja kontrollimise sagedus kindlatel kasutusalaadel eesmärgiga tagada mõõtmiste usaldusväärsus.

Eelnõu punktiga 1 tunnistatakse kehtetuks määruse nr 65 § 2 lõige 2, mis sätestas, et määruse nr 65 lisas metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslike kasutusalaade

määratlemisel kasutatakse kaubandustegevuse mõisteid kaubandustegevuse seaduse tähenduses, kuna kaubandustegevuse seadus tunnistati kehtetuks alates 1. maist 2021. a ja seega ei saa mõistete kasutamist nimetatud seadusega enam siduda.

Eelnõu punktiga 2 kehtestatakse uus määruse nr 65 lisa, millega kehtestatakse kohustuslikule metrooloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu. Eelnõuga tehtavad peamised muudatused määruse nr 65 lisas puudutavad metrooloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslike kasutusalaade ajakohastamist ning mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate püsitorustike eemaldamist taatluskohustuslike mõõtevahendite nimistust.

Metrooloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslike kasutusalaade ajakohastamine on vajalik, kuna kehtiva määruse nr 65 lisas kasutatakse kasutusalaade määratlemisel kaubandustegevuse seaduses sätestatud kaubandustegevuse liigitust. Jaekaubanduses ja muude tarbijatega seotud tehingute piiritlemisel on määruse nr 65 lisas kasutusalaana kasutusel „kaubandustegevuses, välja arvatud hulgikaubanduses“. Eeltoodud viisil on kasutusala näiteks määratletud mitteautomaatkaalude (lisa p 1.1.1), etiketi trükkimisseadmetega varustatud automaat- või mitteautomaatkaalude (lisa p 1.2), kütusetankurite (lisa p 2.1) ja mõõdulintide (lisa p 6.1) korral. Selliselt on tagatud nii tarbijatele osutatavate teenuste kui ka erinevates müügikohtades (jaekaubanduses, toitlustuses, tänavavõi turukaubanduses) kaupade müügil koguse järgi metrooloogiliselt kontrollitud mõõtevahendi kasutamine. Kaubandustegevusalade liigitus tuleneb praegu äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK), mille järgi on toitlustus ja tarbijatega seotud teenused jaotatud erinevate klassifikaatorite alla ja EMTAK järgi ei ole ühtset nimetust. Seetõttu ei ole otstarbekas kasutada määruse nr 65 lisas kasutusalaade määratlemisel EMTAK nimetusi.

Eelnõuga asendatakse määruse nr 65 lisas esitatud tabelis kasutusala „kaubandustegevuses, välja arvatud hulgikaubanduses“ mitteautomaatkaalude, automaatkaalude ja baarimõõdunõude kasutusala „jaekaubanduses ja muudes tehingutes tarbijatega“ ning pikkusmõõtude ja pikkusmõõtemasinade korral kasutusala „jaekaubanduses“. Kaalusid ja baarimõõdunõusid kasutatakse kaupade kaalumisel lisaks jaekaubandusele ka toitlustuses ja teenuste osutamisel. Näiteks kasutatakse kaalusid riiete koguse määramisel pesu pesemise või keemiline puhastuse teenuse osutamisel. Kasutusalaade määratlemise ümbersõnastustega jäävad kohustuslikud kasutusalaad sisuliselt samaks. Seega muudatused ei ole sisulised, vaid on vormilised ja õigusselgust loovad, tulenedes kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamisest. Määrusesse ei lisatud täiendavaid mõisteid, kuna edaspidi kasutusalaade kirjeldamisel kasutatud mõisteid on üldtuntud mõisteid.

Lisast eemaldatakse mõõtevahendi turule laskmisel ja kasutusele võtmisel nõutava metrooloogilise kontrolli liikide seast menetlus, mis sätestas mõõtevahendi kalibreerimistulemuste alusel riigisisese esmataatluse läbimise, kuna seda menetlust kasutati ainult mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike ning mitte muude lisasse jäävate mõõtevahendite korral.

Eelnõuga eemaldatakse kehtiva määruse nr 65 lisas esitatud tabeli punktid 2.4–2.7, millega edaspidi ei kuulu statsionaarsed, liikuvad ja laevamõõtemahutid ning nende juurde kuuluvad püsitorustikud taatluskohustuslike mõõtevahendite hulka. Eelnimetatud mõõtevahendeid kasutatakse tollitava ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, kus mõõtmise jälgitavus on tagatud pädeva mõõtjaga, kes peab omama akrediteeringut või olema erialaselt pädevaks mõõtjaks tunnistatud, ja kasutama mõõtmiseks jälgitavalt kalibreeritud või taadeldud (kui seda liiki mõõtevahend on kantud metrooloogilise kontrolli nimistusse) mõõtevahendit ning asjakohast meetodikat. Sellepärast ei ole vajalik tollitava ja aktsiisikauba koguse mõõtmise korral

riigisest mõõtevahendite vastavushindamise menetlust ehk taatlust kohaldada ja piisab jälgitavast kalibreerimisest. Erandiks on lihtsamaid mõõtmisi tegevad väikesed alkoholitootjad, kellel ei ole nõutud pädeva mõõtja kasutamine, kui on nõutud mõõtmiste tegemine rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtemetodi alusel koostatud mõõteprotseduuride kohaselt ja taatluskohustuse puudumisel jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendi kasutamine. Taatlusnõude korral on kehtestatud riigisisesed nõuded ja on piiratud mõõtmisteenuse kasutamine väljastpoolt Eestit, kui Eestis on vastavas valdkonnas pädev taatluslabor olemas. Mõõtemahutite riigisiseseks taatluseks on Eestis pädevad taatluslaborid, kes kasutavad meetodeid, mis eeldavad mahuti 2–3 nädalast kasutusest eemaldamist, kuna on vajalik mahuti tühjendamine ja põhjalik puhastamine mõõtja ehk inimese mahutitesse ohutuks sisenemiseks. Jälgitava kalibreerimisnõude lisamise korral on võimalik kasutada mõõtmisteenust ka väljastpoolt Eestit, mille tulemusena saavad ettevõtjad soovi korral valida mõõtja sisenemist mittevajava kaugmõõtmisi teostava labori kalibreerimisteenuse, mis on ettevõtja tegevusele vähem koormavam. Eestis on üks taatluslabor, kes pakub elektroonilise skänneriga mõõtmisi, kuid ka selle meetodi korral on vajalik inimese mahutisse sisenemine mõõtevahendi seadistamiseks.

Mõõtemahutite puhul täna kasutatava metrooloogilise kontrolli menetlus ehk kalibreerimistulemuste alusel riigisese esmataatluse läbimine on sisuliselt samaväärne kalibreerimisega. Erinevus kalibreerimisest seisneb selles, et lisaks kalibreerimistulemuses välja toodud mõõtevahendi täpsusnõudele väljastatakse ka taatlustunnistus, kus tunnistatakse mõõtevahendi täpsusklass määruses nr 65 sätestatud nõuetele vastavaks. Edaspidi tuleb mõõtemahutit kasutaval ettevõttel ja korrakaitseorganil järelevalve käigus mõõtemahuti mõõtetulemuse määramatuse nõuetele vastavust, sh täpsusnõuet, kontrollida kalibreerimistunnistusest. Tulenevalt rahandusministri 3. juuli 2017. a määruse nr 58 „Täpsustavad juhised ajutise ladustamise, tolliladustamise ja vabatsoonis tegutsemise kohta“ § 3 lõike 5 punktist 6 peab ettevõtja tollilao, ajutise ladustamise koha pidamise või vabatsoonis tegutsemise loa taotlemisel esitama Maksu- ja Tolliametile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (edaspidi *TTJA*) saadud teatise ehk heakskiidu tollilaos kauba (nt vedelkütused, vedelgaas) ladustamiseks kasutatavate mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike metrooloogilisele kontrollile. Seega on tagatud enamus statsionaarsete mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike kalibreerimistulemuste, sh väljastpoolt Eestit saadud kalibreerimistunnistuste, hindamine Eestis kehtivatele riigisestele nõuetele vastavat pädevust omava järelevalveameti poolt.

Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike täpsemad nõuded, sh täpsusklass, on praegu dubleeritud määruses nr 65 ning alkoholi-, tubaka, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 33¹ lõike 6 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses 17. detsembri 2007. a nr 103 „Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metrooloogilistele omadustele esitatavad nõuded“ (edaspidi *määrus nr 103*). Eemaldades eelnimetatud mõõtevahendid määruse nr 65 lisast, ei muutu nende mõõtevahendite täpsusnõue, mis tuleneb edaspidi ainult määrusest nr 103.

Spetsiifilised metrooloogilised nõuded, sh kalibreerimisnõuded ja kontrolliintervall, mõõtemahutitele ja nende juurde kuuluvatele torustikele tulenevad asjakohastest standarditest ja muudest tehnilistest spetsifikatsioonidest. Kehtivas määruses nr 65 on mõõtemahutite taatlusintervall 10 aastat või kui mahuti geomeetrilised omadused muutuvad. Määruse nr 65 taatlusintervallide määratlemisel on lähtutud vastavatest tehnilistest spetsifikatsioonidest ja standarditest, mistõttu kontrolliintervalli pikenemine on asjakohane ja kooskõlas valdkondlike soovitustega. Näiteks statsionaarseid silindrilisi vertikaalseid mõõtemahuteid käsitlev

asjakohane standard on EVS-ISO standard 7507-1:2006 „Toornafta ja vedelad naftatooted. Vertikaalsete silindriliste mahutite kalibreerimine. Osa 1: Mõõdulindimeetod“ ja selle lisa B punkti B.5.2 kohaselt on täieliku ümberkalibreerimise intervall 15 aastat, millest tuleb edaspidi lähtuda. Uus kalibreerimine tuleb jätkuvalt teha ka juhul, kui mahuti geomeetrilised omadused muutuvad. Mahuti geomeetriliste omaduste muutus on näiteks mahuti ümberehitus, baaskõrguse muutus, mahuti vajumine. Samuti on võimalik kahtluse korral järelevalve käigus teostada kontrollmõõtmisi või tellida ekspertiise lähtudes korrakaitseaduse (sh § 49 lõikest 5¹) regulatsioonist. Kuna praegu kasutusel ja taadeldud mõõtemahutite ning nende juurde kuuluvate torustike taatlus põhineb kalibreerimisel, siis ka nende järgmine kalibreerimine tuleb teha vastavalt määruses nr 103 sätestatule ja järgides asjakohaseid standardeid või muid tehnilisi spetsifikatsioone. Enne muudatuse jõustumist taadeldud statsionaarsetel mõõtemahutitel tuleb uus täielik ümberkalibreerimine teha kui taatlusest on möödas 15 aastat. Seega pikeneb automaatselt ka kasutusel olevate mõõtemahutite kontrolli intervall.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.

4. Määruse mõjud

Määruse nr 65 muudatus ei avalda sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju, puudub mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele, regionaalarengule ning elu- ja looduskeskkonnale.

Määruse nr 65 muudatusel on teatavad majanduslikud mõjud, mis tulenevad mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike taatluskohustuse asendamisest jälgitava kalibreerimisega.

Kaasnev mõju:

1. Mõju majandusele

1.1. Mõju ettevõtluskeskkonnale ja ettevõtete tegevusele

Sihtrühm 1: Statsionaarseid mõõtemahuteid kasutatavaid aktsiisiladudena toimivaid kütusega tegelevaid ettevõtteid on ca 30 ja alkoholiga tegelevaid ettevõtteid ca 60. Eesti ettevõtjate koguarvuga võrreldes on sihtrühm väike.

Taatlusnõude asendamisest jälgitava kalibreerimisnõudega on ettevõtjatel soovi korral võimalik tellida teenust laiemalt ringilt pädevatelt laboritelt, sh välisriikide vastavatelt akrediteeritud kalibreerimislaboritelt. Ettevõtjatest on just tolli- aktsiisiladudes vedelkütust mõõtemahutites ladustamise ning tolli- ja aktsiisimõõtmistega tegelevad ettevõtjad uurinud võimalusi kasutada kalibreerimisteenust väljastpoolt Eestit. Seega saavad ettevõtjad valida labori, kes pakub vähemkoormavat mõõtja sisenemist mahutisse mittevajava kaugmõõtmise meetodit. Kuna edaspidi tuleneb kalibreerimisintervall asjakohasest standardist (EVS-ISO standard 7507-1:2006), siis tavapärane kontrolliintervall pikeneb poole võrra (kümnele aastale viieteistkümnelt aastale). Praegu kasutusel ja taadeldud mõõtemahutitel ja nende juurde kuuluvate torustike kontrolli intervall pikeneb samuti automaatselt. Seega vähenevad ettevõtjate regulaarsed kulutused mahutite kontrollmõõtmistele poole võrra. Ühe keskmise kütuse hoidmiseks kasutava mõõtemahuti kalibreerimiskulu on keskmiselt 50 000 eurot, milles enamuse moodustab mahuti puhastamine ning puhastusjäätike utiliseerimine (kalibreerimisteenus moodustab alla 1 %). Arvestatav kaudne kulu on ettevõtjatele ka mahuti kalibreerimisprotseduuride tõttu 2–3 nädalaks mahuti tühjana hoidmine, hinnanguliselt 30 000 eurot mahuti kohta, mis samuti väheneb poole võrra tänu poole pikemale kontrollintervallile.

Näiteks on 35 mõõtemahutit omav aktsiisilaona tegutseva kütuse ladustamisega tegeleva ettevõtja kulude kokkuhoid 30 aasta peale 2,8 miljonit eurot, mis aastate peale jaotatuna tuleb ligi 100 000 eurot aastas kulude kokkuihoidu. Alkoholiga tegelevate ettevõtjate kasutuses on väiksemad mahutid, mille taatlus, puhastamine ja puhastusjääkide utiiliseerimine on tunduvalt odavam, on kulude kokkuihoid siiski märkimisväärtne tulenevalt pikemast kontrolliintervallist. Samas võib pikema regulaarse kontrolliintervalli tõttu tiheneda vajadus mahuti geomeetriliste omaduste muutumise (nt vajumine, remont) tõttu uue kalibreerimise tegemine, mis on jätkuvalt nõutud tagamaks aktsiisimõõtmiste usaldusväärsus. Kuigi mõjutatud ettevõtjate hulk on väike, on mõju nendele ettevõtjatele suur. Mõõtemahuteid kasutavatele aktsiisiladudena toimivatele ettevõtetele on eelnõu mõjud peamiselt positiivsed.

Sihtrühm 2: Taatluslaborid, mida vastava pädevusega on 3. Eesti ettevõtjate koguarvuga võrreldes on sihtrühm väga väike.

Kõigil kolmel mõõtemahuteid ja nende juurde kuuluvaid torustikke taatlevatel laboritel on olemas ka samas ulatuses kalibreerimislabori akrediteering, mille alusel saavad laborid jätkata nimetatud mõõtevahendite jälgitava kalibreerimisteenuse pakkumist. Positiivse mõjuna saab välja tuua, et laboritel ei pea olema enam kahte akrediteeringut, mis võimaldab mõningast kulude kokkuihoidu. Arvestades, et kahel laboril kolmest on mitmetes valdkondades akrediteeringud, siis eeldatavalt on akrediteerimiskulude kokkuihoid väga väike. Ühel laboril, kes tegeleb ainult mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike taatlemise ja kalibreerimisega, on akrediteerimiskulude kokkuihoid hinnanguliselt 50 %, sh aastatasu väheneb 1050 euro võrra. Negatiivse mõjuna on poole võrra pikenev kalibreerimisintervall, mistõttu väheneb ettevõtjatel vajadus teenuse järele. Teine negatiivne mõju Eestis tegutsevatele laboritele võib olla konkurentsi suurenemine, kuna kalibreerimisteenust saavad ettevõtjad tellida soovi korral ka väljastpoolt Eestit, kus eeliseks võib olla vähem ettevõtte tavapärasest tegevust häiriv mõõtja sisenemist mittevajava skaneerimismeetodil kalibreerimine. Samas on konkurentsitingimuste muutumisel Eesti laboritel suurem motivatsioon uusi kalibreerimismeetodeid rakendada, millest paraneb Eesti metrooloogiline võimekus.

2. Mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele

Sihtrühm: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes väljastab teatiseid tolli- ja aktsiisimõõtmiseks kasutatavate mõõtemahutite ja nende juurde kuuluvate torustike metrooloogilistele nõuetele vastavuse kohta.

TTJA väljastab aastas umbes 35–40 ülalnimetatud teatist, mis hõlmab ligi sadat mõõtemahuti ja torustike taatlustunnistust. Taatlusnõude asendamisel kalibreerimisnõudega ei saa TTJA teatise väljastamisel mõõtevahendi täpsusnõude kontrollimisel lähtuda ainult taatlustunnistusest, mis väljastatakse määruses nr 65 nõuetele vastavale mõõtevahendile, vaid peab kontrollima edaspidi mahutite ja torustike kalibreerimistunnistusest täpsusnõude vastavust. Samuti peab TTJA välisriikide laborite kalibreerimistunnistuste korral kontrollima tunnistuse väljastanud labori akrediteeringut. Kõigil kalibreerimistunnistustel on tulenevalt akrediteerimisel aluseks oleva standardi nõuetest mõõtevahendi piirviga toodud ning seetõttu on täpsusnõue jätkuvalt tunnistusel olemas. Euroopa Liidu riikide akrediteerimisasutuste kodulehtedel on avalikult kättesaadavad kõik vastava asutuste poolt akrediteeritud asutused ja kalibreerimistunnistusele lisab akrediteeritud kalibreerimislabor alati teda akrediteerinud asutuse info. Arvestades, et TTJA-l on pädevus ka mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise ja pädevate mõõtjate osas, kes kasutavad mõõtmistes nii taadeldud kui ka jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendeid, siis on TTJA-l vastav võimekus juba olemas. Lisaks on TTJA-l legaalmetroloogia asutusena roll tunnistada taadelduks mõõtevahendid, mille taatlemiseks

Eestis vastava pädevusega taatluslabor puudub. Taadelduks tunnistamise aluseks on teise riigi taatlus- või jälgitavate mõõtetulemustega kalibreerimistunnistus, mis samuti näitab, et ka teise riigi kalibreerimislaborite akrediteeringu ja nende väljastatud kalibreerimistunnistuste nõuetele vastavuse kontrolli pädevus on TTJA-l juba olemas. Seega eelnõuga tehtav muudatus ei mõjuta TTJA tegevust sisulise pädevuse osas. Kuna edaspidi tuleneb kontrolliintervall vastavast standardist ja pikeneb viie aasta võrra, siis samal määral väheneb TTJA töökoormus väiksema tihedusega teatiste väljastamise tõttu. Teatiste väljastamine ei ole riigilõivustatud ja muudatusega otseseid riigieelarveliste tulude ja kulude muudatusi ei ole ette näha.

Kokkuvõtvalt on määruse muudatuste mõjud positiivsed tulenevalt ettevõtjate kulude kokkuhoiust ja halduskoormuse vähenemisest. Mõõtmiste usaldusväärsus tagatakse aktsiisimõõtmiste korral jätkuvalt kõrgel tasemel läbi pädevate mõõtjate, mõõtetulemuste jälgitavuse ja jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendite kasutamise.

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud

Määruse rakendamisega ei kaasne riigieelarvele otseseid tulusid ega kulusid. Määruse rakendamine mõjutab vähesel määral TTJA töökoormust, mis muudatuse jõustudes võimalike välisriigi kalibreerimistunnistuste keerulisemast hindamisest tulenevalt lühiajaliselt tõuseb, ning pikemaajaliselt poole pikema mõõtevahendite kontrolliintervalli ja seetõttu ka samas mahus teatiste koguse vähenemisega väheneb.

6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras.

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon

Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi kaudu Rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, MTÜ-le Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, Eesti Väikepruulijate Liidule, MTÜ-le Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus, AS-le Metrosert, Metrex Mõõtekeskus OÜ-le, Caleb Brett Eesti OÜ-le. Eelnõu läbib enne kehtestamist riigisiseste tehniliste normide muutumise tõttu Euroopa Liidu tehniliste normide teavitamisprotsessi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, 9. september 2015, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15) kohaselt.